



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Regina Inês Brand	Chave de Autenticação Digital 1868-8137-505	Página 1 / 1
-----------------------------------	---	------------------------

Licitações Homologadas

Licitação: PE03/2022

Modalidade: Pregão

Registro de preço: Sim

Controla quantidade: Sim

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de materiais hospitalares e de enfermagem para o Fundo Municipal de Saúde de Peritiba, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

Credor/Fornecedor: 5892-MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Data	Item	Un. Medida	Material/Serviço/Denominação
21/10/2022	4	UN	20349 - Bolsa coletora de urina sistema fechado: capacidade até 2000ml, composta por pinça corta-fluxo, Bolsa coletora de urina sistema fechado: capacidade até 2000ml, composta por pinça corta-fluxo, válvula anti-refluxo, alça de sustentação, tira de transporte, tubo de esvaziamento, bolsa coletora, tubo extensor em pvc transparente, tampa do conector, conectar a extensão de drenagem com a sonda de foley. A bolsa coletora deve conter a escala para medir o fluxo urinário e ponto de coleta de amostra com membrana de látex auto-cicatrizante, que possibilita a coleta de amostras com seringa e agulha estéreis para realização de exames. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Produto estéril não pirogênico, atóxico. Esterilizado por óxido de etileno.
21/10/2022	5	UN	20350 - Cateter intravenoso periférico 20g, com agulha em bisel trifacetado. Cânula em biomaterial teflon ou poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno.
21/10/2022	6	UN	20351 - Cateter intravenoso periférico 20g, com agulha em bisel trifacetado. Cânula em biomaterial teflon ou poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno.
21/10/2022	7	UN	20352 - Cateter intravenoso periférico 22g, com agulha em bisel trifacetado. Cânula em biomaterial teflon ou poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno.
21/10/2022	9	UN	20354 - Cateter intravenoso periférico 24g, com agulha em bisel trifacetado. Cânula em biomaterial teflon ou poliuretano. Esterilizado por óxido de etileno.
21/10/2022	10	UN	20355 - Equipamento macrogotas com ponto de infusão lateral com membrana autocicatrizante, estéril, fabricado em PVC flexível e incolor. deve possuir controlador de fluxo tipo pinça rolete, câmara transparente para visualização de gotejamento e conexão luer slip. tubo com aproximadamente 1,5m de comprimento. Embalagem unitária contendo dados de identificação, procedência e lote. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
21/10/2022	11	UN	20356 - Equipamento macrogotas para nutrição enteral estéril, atóxico e apirogênico. fabricado em PVC flexível de cor azul, com no mínimo 1,2m de comprimento. deve possuir pinça rolete, câmara de gotejamento e ponta perfurante com tampa protetora. Embalagem unitária contendo dados de identificação, procedência e lote. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
21/10/2022	12	UN	20357 - Equipamento multivias com duas vias e pinça corta-fluxo do tipo clamp. Fabricado em PVC flexível, estéril, atóxico e apirogênico. Descartável. com comprimento de no mínimo 16cm. Embalagem unitária que mantenha a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, lote e data de esterilização. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
21/10/2022	13	UN	20358 - Esparadrão - impermeável, resistente, de cor branca, largura de 10 cm x 4,5 m, confeccionado em tecido 100% algodão. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Dados de procedência e registro na Anvisa.
21/10/2022	16	UN	20361 - Fita adesiva indicadora para autoclave, cor branca de 19mmx30m. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave a vapor.
21/10/2022	17	CX	20362 - Fita adesiva indicadora para autoclave, cor branca de 19mmx30m. Ideal para identificar pacotes que serão esterilizados em autoclave a vapor.
21/10/2022	18	UN	20363 - Indicador biológico para vapor, do tipo auto-contido, com tempo de resposta final negativa em 24 horas, para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termorresistente, contendo em seu interior uma ampola de vidro lacrada, com um caldo nutriente próprio para crescimento dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. Caixa com 10 ampolas.
21/10/2022	20	UN	20365 - Lanceta de segurança para HGT - coleta de sangue modelo ergonômico, estéril através de radiação gama ou óxido de etileno, ponta trifacetada, dimensões de agulha 23G ou 21G profundidade de no mínimo 1,8 mm. Automática: Acionamento por contato; Produto deverá atender a NR32.
21/10/2022	25	UN	20370 - Rolo de fita microporosa hipoalergênica. cor branca. Confeccionada em não tecido com fibras de viscose, deve permitir a respiração da pele. A fita deve possuir ótima adesão, não descolando da pele facilmente. Embalagem unitária com capa protetora contendo dados de identificação, procedência, lote, validade e tamanho. Com 2,5cm x 10m. Apresentar registro no Ministério da Saúde/ANVISA.
			20370 - Sonda foley nº14, com duas vias, feita em látex, com superfície siliconizada, Sonda foley nº14, com duas vias, feita em látex, com superfície siliconizada, balão volumétrico de 30cc, informações técnicas gravadas no funil de drenagem de forma nítida e permanente, válvula de fácil manipulação, perfeita vedação, estéril. Embalada individualmente, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, validade, número do lote e Registro no Ministério da Saúde.

Total licitações homologadas: 1

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal